

单一来源专家论证意见表

采购单位	项城市中医院		
项目名称	项城市中医院 3.0 磁共振升级智能图像优化提速采购项目		
预算金额	约 280 万元	论证日期	2026 年 10 月 27 日
论证意见	项城市中医院现有 GE 公司生产 SIGNA Architect 3.0T 磁共振设备, 本次升级依托原厂专用技术, 私有通讯协议, 加密授权密钥; 非原厂单位无法获取底层固件、系统权限, 无法完成本项目实施, 若强行由第三方实施, 将存在设备无法兼容, 数据丢失, 质保失效, 业务中断等风险。经市场调研核实, 河南润源生物科技股份有限公司为本项目唯一经授权实施服务商。 经论证本项目属于使用不可替代专用技术, 只能从唯一供应商处采购的情形, 符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款。专家组建议本项目采用单一来源方式向河南润源生物科技股份有限公司实施采购。		
论证专家姓名	单位	职称	联系电话
王世芳	周口职业技术学院	高级	15518151027
李书伟	周口职业技术学院	中级	13619899991
吴瑞	河南聚源科技	中级	13522877666